



牛分枝杆菌染料法荧光定量 PCR 试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

官方 Q Q: 2881498548

官方网址: www.tw-reagent.com

监督电话: 021-54845833

产品及特点:

牛分枝杆菌(Mycobacterium bovis)是引起牛结核病的主要病原体，旧称牛型结核分枝杆菌，对牛和其他家畜有致病性。形态、染色和生长特性与人型结核分枝杆菌基本相似。在抗原结构上，牛型菌株与人型菌株有共同抗原存在，因而可用减毒的牛分枝杆菌(即卡介苗)接种预防人的结核病。本菌能引起牛、马、猪的进行性和致死性结核病。对绵羊和山羊也可引起进行性结核病，但不常见。人对本菌也易感，特别是儿童，绝大多数病例受害部位为淋巴结和腹腔器官，肺部受侵害的不常见。因此牛分枝杆菌的检测具有重要的意义。本产品就是以染料法荧光定量 PCR 技术为基础开发的专门检测牛分枝杆菌的试剂盒，它具有下列特点：

1. 即开即用，用户只需要提供病毒样品。
2. 根据牛分枝杆菌保守序列设计的专一性引物，与相关病毒无交叉反应。
3. 敏感度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量 PCR 检测，避免后续污染。
5. 本试剂盒足够 50 次 20 μ L 反应体系的荧光定量 PCR。

规格及成分:

编号	成分	规格
试剂一	2×qPCR MagicMix	500 μ L (棕色管)
试剂二	荧光 PCR 专用模板稀释液	1 mL (黄盖)
试剂三	牛分枝杆菌染料法 PCR 引物混合液	100 μ L (白盖)
试剂四	牛分枝杆菌染料法 PCR 阳性对照(1×10^8 / μ L)	50 μ L (红盖)
试剂五	DNA 病毒裂解液 (试用装)	15 次 (9 mL)
	使用手册	1 份

运输及保存:

低温运输、-20°C保存，有效期一年。



自备试剂：

DNA 模板、 $10\times$ ROX (根据机型决定, 具体见使用方法)。

使用方法：

一、稀释 PCR 阳性对照 (以 $10E2$ - $10E7$ 拷贝/ μL 这 6 个 10 倍稀释度为例) :

- 注意: 由于标准品浓度非常高, 因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行, 千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原, 本产品不提供活体样品做阳性对照, 只提供可以直接使用的 DNA 片段作为阳性对照。
- 标记 6 个离心管, 分别为 7, 6, 5, 4, 3, 2
- 用带芯枪头分别加入 $45\ \mu L$ 荧光 PCR 专用模板稀释液 (最好用带芯枪头, 下同)。
- 在 7 号管中加入 $5\ \mu L$ $1\times$ $10E8$ 拷贝/ μL 的阳性对照, 充分震荡 1 分钟, 得 $1\times$ $10E7$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。
- 换枪头, 在 6 号管中加入 $5\ \mu L$ $1\times$ $10E7$ 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 $1\times$ $10E6$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。
- 换枪头, 在 5 号管中加入 $5\ \mu L$ $1\times$ $10E6$ 拷贝/ μL 的阳性对照到 5 号管中, 充分震荡 1 分钟, 得 $1\times$ $10E5$ 拷贝/ μL 的阳性对照。放冰上待用。
- 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备:

- 如果有 N 个样品, 必须设置 $N+2$ 个提取, 多出的一个是 PC (样品制备阳性对照), 一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 $10\mu L$ 上步制备的 PCR 阳性对照的第 4 号 (浓度为 $1\times$ $10E4$ 拷贝/ μL , $10\mu L$ 相当于 1 万拷贝) 或第 5 号 (浓度为 $1\times$ $10E5$ 拷贝/ μL , $10\mu L$ 相当于 10 万拷贝) 再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样, 以此作为 PC。另外用水作为 NC。如果每次制备需要 $200\mu L$ 样品, 则 PC 和 NC 的体积也必须是 $200\mu L$ 。
- 用自选方法纯化样品的 DNA, 本试剂盒跟市场上大多数病毒 DNA 提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的一管式病毒 DNAout 或其升级版柱式病毒 DNAout。本试剂盒免费赠送 15 次一管式病毒 DNAout。

三、设置 qPCR 反应 ($20\ \mu L$ 体系, 在样品制备室进行) :

- 如果只做 1 次重复, 则标记 $N+9$ 个 PCR 管, 其中 $N+2$ 个用于上步得到的 $N+2$ 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照, 6 个用于 PCR 阳性对照。如果做 2-3 次重复, 则反应设置数量相应增加 2 或 3 倍。
- 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照, 并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加) :

成分	样品管 $N+2$ 个	PCR 阴性 对照管	PCR 阳性对照管 (2-7 管)
$2\times$ qPCR MagicMix (棕色管)	$10\mu L$	$10\ \mu L$	各 $10\ \mu L$
牛分枝杆菌 PCR 引物混合液 (白盖)	$2\ \mu L$	$2\ \mu L$	各 $2\ \mu L$
自备 $10\times$ ROX (见注)	$2\ \mu L$	$2\ \mu L$	各 $2\ \mu L$
$N+2$ 待测样品 DNA 模板	$6\ \mu L$	不加	不加



第 7 步所得 PCR 阳性对照稀释液 (2-7 号)	不加	不加	各 6μL (2 号样到 2 号管, 3 号样到 3 号管...)
--------------------------------	----	----	---

注: 仅 ABI7500、7700 和 7900 仪器需要使用 ROX 作为对照, 其他荧光 PCR 仪器 (如 iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene3000、RotorGene 6000 和 LightCycler480) 不需要使用 ROX, 则用水替代。

12. 盖上盖子后上机, 按下面参数进行 PCR (具体 PCR 参数可以根据仪器不同而自行优化)。

过程	温度	时间
预变性	92°C	5 分钟
PCR 反应 30 个循环	94°C	60 秒
	50°C	60 秒
	72°C	60 秒

13. 数据采集

具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合 DNA 时, 最大吸收光谱在 471 nm, 结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm, 最大发射光谱在 530 nm。信号采集可以设置在复性或延伸步骤。

四、数据处理:

14. 如果把本试剂盒用于定量检测, 则以阳性对照浓度的 log 值为横轴, 以 Ct 值为纵轴, 绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值, 再推算出其浓度。
15. 如果把本试剂盒用于定性检测, 只判断阳性或阴性, 则阴性对照 Ct 必须大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长, 有典型扩增曲线, Ct 值应该小于或等于 30。对待测样品, 如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性, 如果小于或等于 35 则为阳性。如果在 35-40 之间, 则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则为阴性, 如果小于 40, 则为阳性。

五、特别提示:

本公司所有产品, 仅可用于科研实验, 严禁用于临床医疗及其他非科研用途!